

# 广告审查准予许可决定书

琼械广审准许字[2025]第 000378 号

海南维力医疗科技开发有限公司：

我局于 2025 年 12 月 18 日 受理你（单位）提交的 医疗器械 广告审查申请。产品名称（商品名称）为 一次性使用可视双腔喉罩，产品注册证明文件或者备案凭证编号为 20242080017，持有人为 海南维力医疗科技开发有限公司。

经审查，根据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国广告法》、市场监管总局《药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告审查管理暂行办法》等法律和规章规定，我局决定批准你（单位）的申请，编发广告批准文号：琼械广审（文）第 290813-00386 号，有效期限至 2029 年 08 月 13 日。

如对本决定书持有异议的，可以自收到本决定书之日起六十日内依据《中华人民共和国行政复议法》的规定，向海南省人民政府申请行政复议，也可以自收到本决定书之日起六个月内依据《中华人民共和国行政诉讼法》的规定，直接向人民法院提起行政诉讼。

附：广告样件

海南省广告审查机关

2025 年 12 月 26 日

广告

琼械广审(文)第 号

产品生产商:海南维力医疗科技开发有限公司  
生产许可证编号:琼药监械生产许 2020000 号

注册证编号:琼械注准 20242030617

## 一次性使用 可视双腔喉罩

### 适用范围:

一次性使用可视双腔喉罩用于插入患者食道,为患者创建一个临时性的人工呼吸气道。

- 摄像头位于通气管居中位置,显像视野为正中位;
- 手术过程全程可视,喉罩移位,可视下即刻调整;
- 摄像头固定在喉罩上一次性使用,无需回收、消毒;
- 在可视下引导气管插管置入;
- 医用级硅胶材质;

摄像头

清洗腔

型号	3#	4#	5#
可通入最大规格气管插管, ID	6.5	7.5	7.5
可通过最大规格胃管, Fr	14	16	16

注:请仔细阅读产品说明书或者在医务人员的指导下购买和使用,禁忌内容或者注意事项详见说明书。

