

广告审查准予许可决定书

琼械广审准许字[2025]第 000388 号

海南维力医疗科技开发有限公司：

我局于 2025 年 12 月 23 日 受理你（单位）提交的 医疗器械 广告审查申请。产品名称（商品名称）为 一次性使用喷射鼻咽通气异型导管，产品注册证明文件或者备案凭证编号为 20242080157，持有人为 海南维力医疗科技开发有限公司。

经审查，根据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国广告法》、市场监管总局《药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告审查管理暂行办法》等法律和规章规定，我局决定批准你（单位）的申请，编发广告批准文号：琼械广审（文）第 290813-00397 号，有效期限至 2029 年 08 月 13 日。

如对本决定书持有异议的，可以自收到本决定书之日起六十日内依据《中华人民共和国行政复议法》的规定，向海南省人民政府申请行政复议，也可以自收到本决定书之日起六个月内依据《中华人民共和国行政诉讼法》的规定，直接向人民法院提起行政诉讼。

附：广告样件

海南省广告审查机关


2025 年 12 月 29 日

Wei Nasal Jet[®]

一 次 性 使 用

喷射鼻咽通气异型导管

Wei Nasal Jet Tube

声门上
脉冲供氧和
喷射通气

规格: 10个/盒 100个/箱

地址: 海口国家高新区美安生态科技新城美安三街39号

电话: 0898-66554533

产品注册证号: 琼械注准20242080157

生产许可证编号 琼药监械生产许20200004号

产品生产商: 海南维力医疗科技开发有限公司

注: 请仔细阅读产品说明书或者在医务人员的指导下购买和使用, 禁忌内容或注意事项详见说明书。

适用范围

本品通过实施声门上脉冲供氧和喷射通气，减少病人呼吸抑制时二氧化碳蓄积，为二氧化碳监测仪与人工通气道之间提供连接。适用于麻醉和急救领域的呼吸抑制和缺氧，尤其是困难气道和深静脉麻醉下进行的短期门诊手术。

二氧化碳监测导管

可与监护仪连接，监测患者呼气末二氧化碳分压

喷射导管

可与喷射呼吸机、手控喷射器连接，实现喷射供氧通气；

喷射管开口

呼气末二氧化碳监测管开口

型号规格

产品名称	型号规格
一次性使用喷射鼻咽通气异型导管	22Fr 、 26Fr 、 30Fr